



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

NR. QUESITO	Quesito	Risposta
<b>RISPOSTE AMMINISTRATIVE</b>		
1.	<p>A pag. 3 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" -Articolo "1.2 DURATA INDICATIVA E POSSIBILI OPZIONI" viene riportato: Per la fornitura potranno essere previste le seguenti opzioni: "proroga tecnica per un periodo di 12 mesi ... " eventuale rinnovo per 12"</p> <p>Si chiede di precisare se il periodo contrattuale potrà essere complessivamente di 5 anni, in quanto il costo di ammortamento delle apparecchiature, se calcolato su 3 anni o su 5 anni incide in modo diverso e sensibile sul costo finale del service.</p>	<p><i>Il rinnovo è una opzione di cui l’ASST si avvarrà all’occorrenza qualora inserita nella eventuale e successiva procedura concorrenziale</i></p> <p><i>La durata sarà stimata sulla base degli esiti dell’avviso esplorativo di che trattasi. Al riguardo gli OE potranno integrare il modello allegato 2 relativo alla quotazione economica stimativa inserendo anche l’ulteriore opzione riportante la quotazione economica stimativa per il periodo necessario al completo ammortamento delle apparecchiature.</i></p>
2.	<p>A pag. 3 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" - articolo "2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN SERVICE", relativamente alla voce "Requisiti minimi" si chiede di comunicare se le caratteristiche tecniche minime sono richieste "a pena di esclusione" dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice".</p>	<p><i>L’idoneità circa i requisiti minimi sarà constatata da parte dei sanitari e tecnici dell’ASST tenendo in considerazione la clausola di equivalenza</i></p>
3.	<p>A pag. 4 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" - Articolo 2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN SERVICE, al capitolo "REQUISITI GENERALI" al punto 4) viene richiesto: "Alla ditta sarà richiesto di fornire i manuali operativi, di manutenzione e di manutenzione e di servizio in lingua italiana (formato cartaceo e supporto digitale). Si chiede di confermare che tale documentazione non sarà da fornire in questa fase di "Indagine di Mercato".</p>	<p><i>Si conferma</i></p>



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

<b>4.</b>	<p>A pag. 7 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" - punto "5. CRITERIO DI AFFIDAMENTO", viene riportato:</p> <p>"L'affidamento de/la procedura che sarà eventualmente svolta a seguito del/'esito de/la presente indagine di mercato avverrà secondo uno dei criteri indicati all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, previa constatazione di idoneità dei prodotti offerti a/le caratteristiche minime richieste. Al riguardo, la Stazione potrebbe riservarsi la facoltà di effettuare una eventuale prova visione mediante consegna di relativa campionatura gratuita." Si chiede cortesemente di prevedere la griglia di valutazione tecnica contenente i criteri/sub-criteri e i relativi punteggi.</p>	<p><i>Trattasi di mero avviso esplorativo sulla base dei cui esiti, informazioni e dati i sanitari e tecnici dell’ASST valuteranno come procedere</i></p>
<b>RISPOSTE TECNICHE</b>		
<b>5.</b>	<p>A pag. 8 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" - Articolo "6 - REQUISITI AMMINISTRATIVI, TECNICI E PROFESSIONAL/", punto "b) Caratteristiche tecniche minime", viene riportato:</p> <p>"descrizione/relazione delle modalità con cui sarà applicato l'eventuale conto deposito per cui l'OEC si è reso disponibile a fornire"</p> <p>Si chiede di chiarire cosa si intende esattamente, dal momento che nel caso di "service full risk omnicomprendivo" di norma viene fatturato un importo a ciclo che include ogni voce di costo e non vengono fatturati speratamente ad esempio i consumabili, che vengono invece consegnati su richiesta del servizio con DDT</p>	<p>LA RISPOSTA VERRA’FORNITA ENTRO IL 10.03.2023</p>



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	inc/to service e la fatturazione dei cicli avviene a fine mese/trimestre sul realizzato: i dati cicli sono reperibili nella memoria del sistema e visibili a display.	
6.	<p>A pag. 3 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" -Articolo "2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN SERVICE", al capitolo "CARATTERISTICHE TECNICHE - Requisiti minimi", al punto 4) viene riportato:</p> <p>"Indicare se unica vasca o vasche separate (modalità di funzionamento sincrono o asincrono)" Si chiede all'Ente di indicare con esattezza se richiede "singole vasche" o "vasche doppie con funzionamento asincrono", tenuto conto che:</p> <p>le vasche doppie presentano l'80% dei componenti comuni e quindi con rischio di fermata di entrambe le vasche in caso di guasti delle parti condivise;</p> <p>nel caso di accettazione, come caratteristiche minime, di vasche doppie asincrone si chiede la differenziazione di punteggio nella valutazione per le 2 tipologie di sistemi se totalmente indipendenti o doppie asincrone con parti comuni.</p>	<i>In relazione ai ridotti spazi dei locali di installazione si richiedono sistemi a vasca singola</i>
7.	A pag. 3 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" - Articolo "2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN SERVICE", al capitolo "CARATTERISTICHE TECNICHE - Requisiti minimi", al punto 6) viene riportato:	<i>Si conferma la richiesta di sistema totalmente chiuso che garantisca la minore esalazione. In riferimento all'utilizzo di sostanze disinfettanti differenti dall'acido peracetico è necessario coinvolgere SPP e DMP per le considerazioni del caso</i>



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	<p>"Sistema totalmente chiuso per garantire minori esalazioni possibili considerando che i locali di installazione sono di dimensioni contenute e non sono presenti partico/ari sistemi per /'estrazione o trattamento dell'aria".</p> <p>Si chiede di confermare che oltre a presentare un sistema totalmente chiuso, che garantisca minori esalazioni possibili, saranno accettati, e considerati conformi, anche sistemi-lavaendoscopi che funzionano anzichè ad acido peracetico (dal caratteristico odore molto pungente) a perossido d'idrogeno, prodotto equivalente dal punto di vista dell'efficacia, ma che presenta ii grande vantaggio di essere inodore.</p>	
<b>8.</b>	<p>A pag. 4 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" -Articolo "2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN SERVICE", al capitolo "CARATTERISTICHE TECNICHE - "Modalita di disinfezione e ciclo di lavaggio" al punto 1) viene richiesto:</p> <p>"Principia attivo: acido peracetico".</p> <p>Si rimanda al precedente quesito 4) e si chiede di confermare che saranno considerati conformi ed equivalenti sistemi che prevedono l'utilizzo di un disinfettante a base di perossido d'idrogeno, ossia di un prodotto chimico funzionalmente equivalente all'acido peracetico in termini di efficacia di riprocessamento e di compatibilità coi materiali costituenti l'endoscopio, oltre a presentare ii grande vantaggio di essere</p>	<p><i>Si rimanda al quesito 7</i></p>



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	inodore.	
9.	Buongiorno, con la presente chiediamo di specificare il numero dei cicli annui previsti per le 12 lavaendoscopi richieste al fine di poter quantificare il costo del materiale di consumo necessario nei 36 mesi di contratto.	LA RISPOSTA VERRA’FORNITA ENTRO IL 10.03.2023
10.	Si chiede di avere indicazioni circa i millilitri di prodotto utilizzabile per ciclo di lavaggio	LA RISPOSTA VERRA’FORNITA ENTRO IL 10.03.2023
11.	RETTIFICA N. APPARECCHIATURE	<i>Si rettifica il numero di apparecchiature richieste, come da nuovo modello di quotazione economica allegato tra la documentazione di procedura. Dovranno essere 14 anziché 12</i>



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

12.	<p>A pag. 4 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" - Articolo "2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN SERVICE", al capitolo "CARATTERISTICHE TECNICHE - Modalità di disinfezione e ciclo di lavaggio" al punto 3) viene richiesto:</p> <p>"Descrivere la modalità di contatto con i prodotti chimici: getto o a immersione o altro (preferibilmente i sistemi ad immersione)"</p> <p>Si precisa che la norma EN ISO 15883 -1-4 non indica assolutamente quale debba essere la modalità di lavaggio, considerando esattamente equivalenti i sistemi di lavaggio adottati dai produttori di apparecchiature siano essi ad immersione e/o a spruzzo o combinato.</p> <p>Le apparecchiature che impiegano i due sistemi, tra l'altro, non presentano alcun vantaggio: non avrebbe senso, infatti, lavare a spruzzo uno strumento immerso, perché si laverebbe la sola superficie liquida e non lo strumento.</p> <p>L'impiego delle due modalità si rende necessario perché gli strumenti nei sistemi combinati, sono "leggermente" immersi e per potere trattare idoneamente e totalmente gli strumenti si deve ricorrere al lavaggio della parte non immersa dell'endoscopio tramite spruzzo, altrimenti quella parte rimarrebbe non trattata.</p> <p>L'efficacia microbiologica del trattamento del</p>	LA RISPOSTA VERRA' FORNITA ENTRO IL 10.03.2023
-----	---	--



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	<p>dispositivo - spruzzo e/o immersione - viene validata e certificata attraverso i Test Report condotti in conformita alla normativa stessa.</p> <p>E’ risaputo che la forza meccanica esercitata dai trattamenti a spruzzo con pressione risulta essere di gran lunga piu efficace nella rimozione dei residui organici potenzialmente presenti sulle superfici del dispositivo. . I sistemi ad immersione consentono solo un contatto statico del liquido che non esercitando alcun tipo di forza meccanica non agevola ii distacco di particelle grossolane e sporco difficile.</p> <p>Nelle centrali di sterilizzazione, infatti, che trattano strumenti "critici" (gli endoscopi sono catalogati come strumenti "semicritici") viene utilizzato ii sistema di lavaggio a spruzzo con pressione, proprio perche piu efficace nella rimozione dello sporco.</p> <p>Si chiede pertanto di considerare equivalenti le due diverse modalita di lavaggio senza alcuna differenziazione di un sistema sull'altro, come di fatto la norma di riferimento EN ISO 15883 1-4 considera tutti i sistemi equivalenti e si chiede di non differenziare, ma assegnare ii medesimo punteggio ai differenti sistemi di lavaggio (vedi norma EN 15883-1 paragrafo 5.27.8 e paragrafo 5.6).</p> <p>A pag. 4 del documento "AIVVISO ESPLORATIVO" -</p>	
--	--	--



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	<p>Articolo "2. REQUISIT/ DELLA FORNITURA IN SERVICE", al capitolo "CARATTERIST/CHE TECNICHE - Modalita di disinfezione e ciclo di lavaggio" al punto 6) viene richiesto:</p> <p>"Utilizzo di detergente/disinfettante (azione virucida, battericida e micobattericida) in grado di agire anche sul biofilm microbico".</p> <p>Si chiede di confermare che le azioni richieste debbano essere ottenute dai due passaggi prima con ii detergente e successivamente con ii disinfettante.</p> <p>Questa quesito si collega anche al precedente quesito 1), in questo caso, infatti, non viene richiesta l'azione sporicida che si ottiene con ii processo di "sterilizzazione".</p> <p>Pertanto, si chiede di confermare che le azioni richieste debbano essere ottenute attraverso i due trattamenti (detergente e disinfettante) durante ii ciclo.</p>	
--	--	--





**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

13.	<p>A pag. 4 del documento "A VVISO ESPLORATIVO" - Articolo "2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN SERVICE", al capitolo "CARATTERISTICHE TECNICHE - Cicio di lavaggio" al punto 1) viene richiesto:</p> <p>"Utilizzo di un sistema di filtri per ii filtraggio dell'acqua (specificare) - sarà considerata caratteristica preferenziale la presenza di un filtro batteriologico con possibilità di filtraggio non superiore a 0,2 µm"</p> <p>Si chiede di confermare che sia preferibile all'interno della lavaendoscopi un filtraggio dell'acqua addirittura di 0,1 µm, sistema migliore in quanta filtra e trattiene in maniera superiore rispetto ad un filtro da 0,2 µm bloccando particelle di dimensioni inferiori.</p>	LA RISPOSTA VERRA’FORNITA ENTRO IL 10.03.2023
14.	<p>A pag. 4 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" - articolo "2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN <b>SERVICE</b>", <b>al capitolo "CARATTERISTICHE TECNICHE - Cicio di lavaggio" al punto 9), viene chiesto:</b></p> <p>"asciugatura dei canali interni degli endoscopi"</p> <p>Si chiede di precisare se per asciugatura interna si intende asciugatura-spurgo dei canali internamente e non sia invece richiesta anche l'asciugatura aggiuntiva della parte esterna degli strumenti ossia della superficie, caratteristica importante quando gli strumenti non vengono riposti per l'asciugatura e lo stoccaggio in armadi ventilati.</p>	LA RISPOSTA VERRA’FORNITA ENTRO IL 10.03.2023



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

<b>15.</b>	<p>A pag. 4 del documento "A VVISO ESPLORATIVO" - Articolo "2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN SERVICE", al capitolo "REQUISITI GENERALI" al punto 5) viene richiesto:</p> <p>"eventuali controlli di qualità in numero pari a quanto prescritto da/ costruttore"</p> <p>Si chiede di specificare con questa richiesta quali controlli di qualità debbano essere previsti nel periodo contrattuale, se solo le manutenzioni preventive e correttive con opportune verifiche di corretto funzionamento, ma non altre prestazioni a carico dell'aggiudicatario, tipo QP "Qualifiche di Prestazione" che in caso affermativo si chiede di confermare che dovranno essere eseguite da un ente terzo in modo che il controllore e il controllato non siano la stessa entità e quindi a carico dell'Ente.</p>	LA RISPOSTA VERRA’FORNITA ENTRO IL 10.03.2023
<b>16.</b>	<p>A pag. 4 del documento "A VVISO ESPLORATIVO" - Articolo "2. REQUISITI DELLA FORNITURA IN SERVICE", al capitolo "REQUISITI GENERALI" al punto 5) viene richiesto:</p> <p>"Sostituzione dei sistemi di regolazione di flusso in caso di non riparabilità" Si chiede di precisare cosa si intende.</p>	LA RISPOSTA VERRA’FORNITA ENTRO IL 10.03.2023
<b>17.</b>	<p>A pag. 5 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" - "2.2 Requisiti dei materiali consumabili", punto 1, viene richiesto:</p> <p>"/ dispositivi medici devono essere monouso, sterili, latex free, biocompatibili"</p> <p>I consumabili impiegati nella lavaendoscopia non sono né monouso, né sterili, né biocompatibili.</p>	LA RISPOSTA VERRA’FORNITA ENTRO IL 10.03.2023



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	<p>Le taniche dei chimici, i filtri (acqua/aria) e la carta, infatti, vengono impiegati per effettuare più cicli single shot per la chimica.</p> <p>Nessun consumabile e sterile, in quanto caratteristica non applicabile a queste tipologie di consumabili.</p> <p>Nessun consumabile, relativo alla lavaendoscopi, e biocompatibile, in quanto caratteristica riferita a materiale da inserire all'interno dell'organismo.</p> <p>Si chiede di specificare che tali richieste siano un refuso.</p>	
<b>18.</b>	<p>A pag. 5 del documento "AVVISO ESPLORATIVO" - "2.2 Requisiti dei materiali consumabili", punto 3, viene richiesto: "In ciascun involucro di confezione (pacchi, buste, ecc..) deve essere apposta una etichetta portante il contrassegno de/la ditta, il nome de/ prodotto, il quantitativo espresso in peso o in misura e dovranno essere comunque riportate tutte le indicazioni fissate dal/a vigente normativa per il materia/e oggetto de/la presente gara"</p> <p>Si chiede di confermare che tali richieste siano relative unicamente ai prodotti chimici e non a filtri, carta, altro.</p>	LA RISPOSTA VERRA' FORNITA ENTRO IL 10.03.2023
<b>19.</b>	<p>Buongiorno, si chiede riscontro alle seguenti richieste di chiarimento: Relativamente all'art. 2.2 dell'avviso esplorativo, requisiti dei materiali consumabili, si chiede: 1) di confermare che per "biocompatibili" si intenda che i dm in oggetto debbano essere "eco-friendly" e quindi le cui caratteristiche rispecchino ad esempio quanto di seguito in elenco: minor impatto</p>	LA RISPOSTA VERRA' FORNITA ENTRO IL 10.03.2023



**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER “INDAGINE DI MERCATO” FINALIZZATA A VERIFICARE LA PRESENZA DI OPERATORI ECONOMICI IDONEI A FORNIRE UN SERVICE PER LA FORNITURA DI N. 12 LAVAENDOSCOPI E DEI RELATIVI BENI DI CONSUMO OCCORRENTI ALL’ASST SANTI PAOLO E CARLO (VERIFICA SVOLTA AI SENSI DEGLI ARTT. 1 e 2 DELLA L. n. 120/2020 e ARTT.35 e 63 DEL D.LGS N. 50/2016 E S.M.I.) - ID SINTEL 165365306**

**TABELLA QUESITI PERVENUTI E RISPOSTE FORMULATE**

	<p>ambientale dovuto al trasporto, componenti TOTALMENTE biodegradabili, a base quindi di enzimi naturali, con sicuramente un miglior impatto ambientale rispetto a un detergente di tipo chimico, confezionato in taniche di materiale RICICLABILE e ATOSSICO; 2) di confermare che verranno accettate etichettature da apporre su ciascun involucro di confezione che siano conformi alla normativa vigente. Si chiede altresì: 3) di specificare, al fine di quantificare l'offerta economica migliore per la spettabile S.A., il numero di cicli totali annui stimati che le macchine oggetto di fornitura dovranno eseguire. 4) di confermare la possibilità di poter offrire, compatibilmente con le dimensioni dei locali, anche macchine a doppia vasca asincrona. Ci preme evidenziare che tale soluzione, a parità di prezzo offerto, pur mantenendo invariata la par condicio di partecipazione alla gara, garantirebbe maggiori prestazioni in termini di tempistiche ed una complessiva migliore ergonomia del processo di trattamento a tutto vantaggio degli operatori e di codesto spettabile ente. In caso affermativo si chiede cortesemente di indicare i se esistono particolari vincoli di spazio da rispettare al fine di poter correttamente configurare la propria offerta. Ringraziamo anticipatamente per le risposte che vorrete fornirci.</p>	
--	---	--

Lì, 06/03/2023

Il R.U.P.  
f.to (Dott. Paolo Pelliccia)