



S. C. PROVVEDITORATO

Direttore f.f.: Dott. Paolo Pelliccia

Tel. 02-4022.2559- 02-8184.2148

Fax 02-8184.4000

PEC: provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it

E-MAIL: provveditorato.segreteria@asst-santipaolocarlo.it

Sede operativa: Presidio San Carlo

A TUTTE LE SOCIETA' PARTECIPANTI:

OGGETTO: Procedura negoziata per la fornitura di braccialetti identificativi paziente

CHIARIMENTI N. 1

In riscontro alle richieste di chiarimenti formulate da alcune società partecipanti, si pubblica quanto segue:

Domanda n. 1: "Lotto n.:1 i braccialetti sono richiesti con tasca per inserimento cartellino o con plastica protettiva trasparente adesiva? E' richiesta una personalizzazione della produzione?";

Risposta: I braccialetti sono richiesti con :

- Plastica protettiva trasparente adesiva in corrispondenza della zona "info";
- Colore bianco o trasparente;
- La numerazione annua deve essere 1-1500 (due lotti distinti poiché utilizzati da due Punti Nascita in due Presidi Ospedalieri)

Domanda n. 2: "Lotto n.2 : I braccialetti dovranno essere scrivibili, con tasca per inserimento o con pellicola protettiva trasparente adesiva?"

Risposta: I braccialetti devono essere scrivibili con plastica protettiva trasparente adesiva in corrispondenza della zona "info" e di colore azzurro

Domanda n. 3: "Lotto n.3: per "impermeabilizzabile" si intende con pellicola protettiva trasparente in corrispondenza della zona info?"

Risposta: I braccialetti sono richiesti con :

- Plastica protettiva trasparente adesiva in corrispondenza della zona "info";
- Colore bianco o trasparente

Domanda n. 4: "Lotto n.4: per "impermeabilizzabile" si intende con pellicola protettiva trasparente in corrispondenza della zona info? Si accetta anche una zona info 5x2cm?"

Risposta: I braccialetti sono richiesti con :

- Plastica protettiva trasparente adesiva in corrispondenza della zona "info";
- Colore bianco o trasparente;
- Si accetta zona info con misura non inferiore a 5x2,8 (inferiore alla quale non può essere applicata l'etichetta identificativa del paziente).

Domanda 5: "Lotto n.5: per "impermeabilizzabile" si intende con pellicola protettiva trasparente in corrispondenza della zona info?"

Risposta: I braccialetti sono richiesti con :

- Plastica protettiva trasparente adesiva in corrispondenza della zona "info";
- Colore azzurro e rosa;



S. C. PROVVEDITORATO

Direttore f.f.: Dott. Paolo Pelliccia

Tel. 02-4022.2559- 02-8184.2148

Fax 02-8184.4000

PEC: provveditorato@pec.asst-santipaolocarlo.it

E-MAIL: provveditorato.segreteria@asst-santipaolocarlo.it

Sede operativa: Presidio San Carlo

– Nessuna numerazione

Domanda n. 6: “La ns. azienda commercializza solo i braccialetti mamma-bebè in esclusiva, possiamo presentare offerta solo per questa voce? Alleghiamo scheda tecnica del prodotto da noi proposto”

Risposta: SI. Come previsto a pag. 4 della lettera d’invito, al paragrafo “Criteri di scelta del contraente”, le offerte sono ammesse per singolo lotto.

Distinti saluti

Il R.U.P.
Paolo Pelliccia

Il Coordinatore Ufficio Gare Beni di Consumo : Claudia Perrella

Pratica trattata da: Silvia Capuzzoni