



Deliberazione n. 0003064 del 22/12/2021 - Atti U.O. S.C. Provveditorato

Oggetto: AFFIDAMENTO AI SENSI DELLE LEGGI 120/2020 E 77/2021 DELLA PROGETTAZIONE, FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA GABBIA DI FARADAY E CONFINAMENTO MAGNETOSTATICO PER LA RISONANZA MAGNETICA 3 TESLA SIEMENS MODELLO VIDA DA INSTALLARE AL PRESIDIO SAN CARLO ALLA SOC. TECHNO SHIELD SRL PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 135.341,92 ONERI SICUREZZA E IVA 22% INCLUSA - COPERTURA CON FINANZIAMENTO DI CUI AL VII ADPQ DGR XI/770/2018 - DECRETI 6933/2019 E 11963/2020 - CIG 8780011648 E CUP C49D19000010001

IL DIRETTORE S.C. PROVVEDITORATO

Premesso che, con DGR n. X/4473 del 10.12.2015, è stata costituita l'“Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo” e che, pertanto, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016, è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo Borromeo;

Preso atto che la Giunta Regionale della Lombardia, con DGR n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

Visti:

- la propria Deliberazione n. 1 dell'1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto “Preso atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo”;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.e ii.;
- il Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione, del 30/10/2019, che stabilisce la soglia comunitaria per gli acquisti di beni e servizi in € 214.000,00 oltre IVA;
- il Decreto legislativo 20/03/2010, n. 53 “Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici”;
- la deliberazione n. 1838 del 31/10/2017 di approvazione del Regolamento inerente l'acquisizione e la gestione dei contratti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria per l'ASST Santi Paolo e Carlo;
- la propria deliberazione n. 1947 del 26/09/2019 avente oggetto: “Approvazione regolamento aziendale per la disciplina delle competenze del DEC in relazione ai contratti di fornitura di beni e servizi”;
- la Legge 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, che ha previsto la nuova soglia degli affidamenti diretti per un importo pari ad € 139.000,00;

Preso atto della deliberazione n. 761 del 30/03/2021 avente per oggetto: “ Revoca della deliberazione n. 397 del 19/02/2021 avente per oggetto: “Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V1” e contestuale approvazione Bilancio Preventivo Economico esercizio 2021 Versione V2”;

Premesso che:

- sui fondi del VII Atto Integrativo è stato assegnato all'ASST Santi Paolo e Carlo un finanziamento per la realizzazione di interventi di implementazione infrastrutture ed adeguamento normativo delle strutture ospedaliere;



- con DGR XI/770/2018 Regione Lombardia provvedeva ad assegnare per l'intervento 14C: "sostituzione e aggiornamento apparecchiature ad alta tecnologia ed apparecchiature biomedicali, sostituzione di arredi ed attrezzature tecnico economiche" la somma di € 6.000.000,00;
- con deliberazione n. 846 del 17/04/2019 veniva approvato il progetto di sostituzione ed aggiornamento apparecchiature ad alta tecnologia ed apparecchiature biomedicali, sostituzione arredi ed attrezzature presso i presidi ospedalieri San Paolo e San Carlo, dell'importo complessivo di € 6.000.000,00;
- con decreto Regione Lombardia n. 6933 del 17/05/2019 e decreto Ministeriale di ammissione a finanziamento trasmesso dal Ministero della Salute con nota DGPROGS prot. n. 20158-P del 9/7/2019 viene approvato il progetto e autorizzata la spesa per gli interventi ammessi a finanziamento;
- con decreto Regione Lombardia n. 11963 del 09/10/2020 è stata assegnata e impegnata a favore della ASST Santi Paolo e Carlo per interventi di sostituzione e aggiornamento apparecchiature la somma di € 5.700.000,00 in attuazione del VII Atto Integrativo – CUP C49D19000010001;
- con la deliberazione n. 1990 del 02/10/2019 di presa d'atto del Decreto Regione Lombardia n. 6933 del 17/05/2019 e del decreto n. 11963 del 09/10/2020 che approva il progetto ammettendolo a finanziamento con un quadro di spesa complessivo di € 6.000.000,00 e che assume l'autorizzazione di spesa n. 2019001809 (ora 2021001809) per € 3.300.000,00 per l'acquisto di Alta Tecnologia – Apparecchiature sanitarie e lavori;

Rilevato che:

- con delibera n. 1445 del 18/06/2021 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) L.120/2020 e della L.77/2021, per l'affidamento della progettazione, fornitura ed installazione di una gabbia di faraday e confinamento magnetostatico per garantire il corretto funzionamento della risonanza magnetica 3T Siemens modello Vida, acquisita con deliberazione n. 2040 del 10/10/2019, da installare presso il Presidio San Carlo, con il criterio di scelta del contraente dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per una spesa complessiva presunta di € 122.950,82 + € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22% di € 27.159,18 per un totale di € 150.610,00 IVA inclusa - CIG 8780011648 - CUP C49D19000010001;
- in data 22/06/2021 è stata pubblicata la procedura di gara in oggetto sulla piattaforma telematica Sintel con identificativo n. 141459794 e con scadenza ricezione offerte 09/07/2021 – Società invitate: Imedco Ag - Techno Shield Srl - Itel Telecomunicazioni Srl - Morviducci Srl - Hmt Solutions Srl;
- allo scadere dei termini hanno presentato offerta le Società Itel Telecomunicazioni Srl - Morviducci Srl - Techno Shield Srl;
- in data 22/07/2021 il seggio di gara, in seduta pubblica, apre le buste amministrative e verifica la presenza delle buste tecniche sulla piattaforma telematica Sintel, come da verbale agli atti d'ufficio;
- con deliberazione n. 1941 del 10/08/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- a seguito della comunicazione del Presidente della Commissione giudicatrice in data 08/09/2021, il RUP ha constatato la mancanza dei documenti contenuti nella cartella "DOCUMENTI PROGETTUALI", non caricati per mero errore materiale nella documentazione di gara della procedura Sintel ID 141459794;
- in data 10/09/2021 è stata pubblicata una nuova procedura con lettera d'invito prot. 25084 del 10/09/2021, sulla piattaforma Sintel con ID 145049293, con scadenza della presentazione delle offerte il 21/09/2021 alle ore 12:00;
- nella suddetta procedura di gara viene richiesta l'integrazione della documentazione tecnica mancante, con la possibilità di confermare o di modificare e caricare nuovamente l'offerta



economica in conseguenza ad eventuali variazioni alla luce della documentazione tecnica che è stata aggiunta;

- in data 21/09/2021 alle ore 12.30 il seggio di gara, in seduta pubblica, apre le buste tecniche integrative e verifica la presenza della documentazione tecnica sulla piattaforma telematica Sintel, come da verbale agli atti d'ufficio;
- con i verbali n.1 del 27/08/2021 e n.2 del 30/09/2021, agli atti d'ufficio, la Commissione tecnica assegna all'offerta della Soc. Itel Telecomunicazioni Srl 59,78 punti, all'offerta della Soc. Morviducci Srl 65,40 punti e all'offerta della Soc. Techno Shield Srl 70,00 punti;
- in data 13/10/2021 il seggio di gara, in seduta pubblica, dà lettura dei punteggi finali relativi alla qualità attribuiti ai partecipanti dalla Commissione giudicatrice e apre le buste economiche presenti sulla piattaforma Sintel con ID 145049293, come da verbale agli atti d'ufficio;

Considerato che, a seguito dell'attribuzione del punteggio economico, e sulla base del punteggio di valutazione tecnica inserito, calcolato riparametrando il punteggio tecnico attribuito dalla Commissione giudicatrice come descritto nella lettera di invito, emerge la seguente situazione:

	Valore offerta economica	Punteggio economico	Punteggio tecnico riparam.	Punteggio totale
Itel Telecomunicazioni Srl	€ 109.350,00	30,00	59,78	89,78
Soc. Morviducci Srl	€ 112.000,00	29,29	65,40	94,69
Techno Shield Srl	€ 118.500,00	27,68	70,00	97,68

Dato atto che:

- a seguito della seduta pubblica del 13/10/2021 il RUP formula la proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 D.lgs. 50/2016 alla Soc. Techno Shield Srl con il punteggio totale di 97,68 e per l'importo di € 118.500,00 + € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA 22%, e prende atto che l'offerta è sottoposta alla riserva della verifica dell'anomalia, ai sensi dell'art. 97 D.lgs. 50/2016;
- con nota prot. 28834 del 19/10/2021 è stata inviata alla Soc. Techno Shield Srl la richiesta di giustificazioni dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell' art. 97 c.4 del D.lgs. 50/2016;
- con nota pec del 22/10/2021 la Soc. Techno Shield Srl ha inviato il giustificativo riguardo alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo offerto;
- la nota mail del 27/10/2021 con la quale veniva trasmessa alla Commissione Giudicatrice la documentazione pervenuta per la relativa verifica;
- in data 09/11/2021 è stato richiesto alla Soc. Techo Shield di riformulare la relazione indicando anche la quantificazione dell'utile e la quantificazione della garanzia di 36 mesi, che devono trovare corrispondenza rispetto anche a quanto già comunicato con giustificativo del 22/10/2021;
- con nota pec del 10/11/2021 la Soc. Techno Shield ha inviato il proprio computo estimativo con i dettagli richiesti.
- in data 22/11/2021 la Presidente della Commissione Giudicatrice comunica al RUP quanto segue:
 - nel Computo Metrico estimativo del 10/11/2021 è indicata la voce 30/30: si rileva che la stessa non risultava presente al momento dell'offerta (Computo Metrico del 30/06/2021). Inoltre non è chiara la dicitura "supporto schermi magnetici per nuovo TRM";
 - nel Computo Metrico estimativo del 10/11/2021 non vi è evidenza di: garanzia full risk, manutenzione preventiva semestrale, manutenzione correttiva di cui alla voce "note" presente nel Computo Metrico del 30/06/2021;



- in data 22/11/2021 viene richiesta alla Soc. Techno Shield una ulteriore integrazione al computo estimativo presentato il 10/11/2021 riguardo ai chiarimenti richiesti il 22/11/2021 dalla Presidente della Commissione Giudicatrice;
- in data 24/11/2021 è pervenuta risposta dalla Soc. Tecno Shield alla richiesta della Commissione Giudicatrice;
- in data 26/11/2021, a seguito dell'incontro avvenuto tra la Commissione Giudicatrice e il RUP per determinare l'esito finale della procedura di verifica si rileva quanto segue:
 - nella relazione consegnata dalla Ditta Techno Shield ad integrazione dell'Offerta Tecnica veniva riportato quanto già indicato dal progettista delle opere strutturali nel Progetto Esecutivo a base di gara, di fatto confermando i carichi previsti dall'Ente e la cui esecuzione è a carico di altra Ditta (pag.9);
 - nel Computo Metrico Estimativo emesso dalla Ditta Techno Shield in data 10/11/2021 quale giustificativo della verifica dell'anomalia, alla voce 30/30 si esplicitava la quantificazione economica necessaria per la realizzazione del supporto strutturale;
 - in risposta alla nota del RUP del 22/11/2021, la Ditta Techno Shield dichiarava necessaria la realizzazione di *"un supporto aggiuntivo da montarsi nei locali sottostanti il reparto con il nuovo tomografo RM"* in apparente contraddizione con quanto riportato al sopracitato punto 3.
- per tutto quanto sopra detto, si è reso necessario un confronto telefonico con la Soc. Techo Shield, avvenuto in pari data, la quale ha confermato che il rinforzo strutturale previsto alla voce 30/30 del CME non risulta necessario in quanto i carichi della gabbia da loro fornita non risultano superiori a quelli già previsti nel progetto strutturale le cui opere saranno realizzate dall'Ente con altro appalto.
- con nota del 29/11/2021 è stato quindi comunicato alla Società che il rinforzo strutturale previsto alla voce 30/30 del CME non verrà previsto nell'ordine definitivo quindi decurtato dal totale dell'importo aggiudicato. per la quota di € 11.520,00 meno lo sconto riservato del 30% per un importo netto di € 8.064,00+ IVA.
- Pertanto l'importo dell'affidamento viene ridotto a € 110.436,00 + oneri della sicurezza pari a € 500,00 + IVA.

Visto il verbale del 03/12/2021, agli atti d'ufficio, con il quale il RUP, a seguito della disamina delle giustificazioni sopra citate in accordo con la Commissione giudicatrice, ha ritenuto congrue le giustificazioni.

Ritenuto di affidare, ai sensi della L.120/2020 e della L. 108/2021, la progettazione, fornitura ed installazione di una gabbia di faraday e confinamento magnetostatico per garantire il corretto funzionamento della risonanza magnetica 3T Siemens modello Vida del Presidio San Carlo, alla Soc. Techno Shield Srl - sede legale in Bitonto (Bari) S.P.231 km 4,310 - P.I. 07195900720 per l'importo di € 110.936,00 oltre IVA 22% pari a € 24.405,92 per complessivi € 135.341,92 IVA e oneri per la sicurezza inclusi- CIG 8780011648 E CUP C49D19000010001;

Accertato che il costo complessivo di € 135.341,92 IVA 22% compresa viene imputato al conto patrimoniale 1B040100 "Attrezzature di radiologia diagnostica per immagini" - cdr ALB del Bilancio di esercizio 2021, copertura con finanziamento regionale di cui al VII ADPQ – DGR XI/770/2018 - Decreto 6933 del 17/5/2019 e Decreto 11963 del 09/10/2020, decurtando € 5.430,00 dall'autorizzazione di spesa n. 2021001341 cdr ALB assunta con deliberazione n 1445/2021 e reintegrando lo stesso importo sulla autorizzazione n. 2021001809 conto 1A050200 denominato "Altre Immobilizzazioni Materiali In Corso (S.A.L.)" - CDR TEC assunta con deliberazione 1990/2019 - finanziamento regionale di cui al VII ADPQ – DGR XI/770/2018 - Decreto 6933 del 17/5/2019 e Decreto 11963 del 09/10/2020 come da prospetto in calce alla presente;



Atteso di nominare, così come previsto dall'art. 101 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle linee ANAC approvate il 29/06/2016, Paolo Pelliccia, Direttore di S.C. Provveditorato, Responsabile Unico del Procedimento (RUP), Luigi Zanolli, Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale e Vittoria Di Marcoberardino Dirigente di S.S. Ingegneria Clinica dell'ASST Santi Paolo e Carlo, Direttori di esecuzione del contratto (DEC) per quanto di rispettiva competenza, cui compete la verifica del regolare andamento dello stesso come da regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 1947 del 26/09/2019;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione

IL DIRETTORE GENERALE

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario

D E L I B E R A

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

1. di approvare le risultanze della procedura ID SINTEL 141459794, nonché tutta la documentazione di gara, i verbali della Commissione Giudicatrice, i verbali n.1 – prima seduta pubblica e n. 2 - seconda seduta pubblica del seggio di gara e il verbale per la verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97 del d. lgs. 50/2016;
2. di affidare, ai sensi della L.120/2020 e della L. 108/2021, la progettazione, fornitura ed installazione di una Gabbia di Faraday e confinamento magnetostatico per garantire il corretto funzionamento della risonanza magnetica 3T Siemens modello Vida del Presidio San Carlo, alla Soc. Techno Shield Srl - sede legale in Bitonto (Bari) S.P.231 km 4,310 - P.I. 07195900720 per l'importo di € 110.936,00 oltre IVA 22% pari a € 24.405,92 per complessivi € 135.341,92 IVA e oneri per la sicurezza inclusi- CIG 8780011648 E CUP C49D19000010001;
3. di imputare il costo complessivo di € 135.341,92 IVA 22% compresa viene imputato al conto patrimoniale 1B040100 "Attrezzature di radiologia diagnostica per immagini" - cdr ALB del Bilancio di esercizio 2021, copertura con finanziamento regionale di cui al VII ADPQ – DGR XI/770/2018 - Decreto 6933 del 17/5/2019 e Decreto 11963 del 09/10/2020, decurtando € 5.430,00 dall'autorizzazione di spesa n. 2021001341 cdr ALB assunta con deliberazione n 1445/2021 e reintegrando lo stesso importo sulla autorizzazione n. 2021001809 conto 1A050200 denominato "Altre Immobilizzazioni Materiali In Corso (S.A.L.)" - CDR TEC assunta con deliberazione n. 1990/2019 - finanziamento regionale di cui al VII ADPQ – DGR XI/770/2018 - Decreto 6933 del 17/5/2019 e Decreto 11963 del 09/10/2020 come da autorizzazione in calce alla presente;
4. di dare atto che la quantificazione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i avverrà secondo le disposizioni regionali, successivamente all'approvazione dello specifico regolamento aziendale e troverà copertura nel finanziamento regionale di cui al VII ADPQ – DGR XI/770/2018 - Decreto 6933 del 17/5/2019 e Decreto 11963 del 09/10/2020;
5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto dal Direttore della S.C. Provveditorato in qualità di Responsabile del Procedimento, e che la sua esecuzione è affidata al Dirigente della S.S.



- Ingegneria Clinica e al Direttore f.f. della S.C. Tecnico Patrimoniale, in qualità di Direttori dell'esecuzione del contratto fermo restando la responsabilità del Direttore della S.C. Economico Finanziaria in merito alla contabilizzazione e pagamento dei costi derivanti dalla presente;
6. di trasmettere il presente provvedimento alla S.S. Ingegneria Clinica, alla S.C. Tecnico Patrimoniale e alla S.S.D. Economato Servizi Alberghieri per il seguito di competenza;
 7. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.

Imputazione dei Conti - Spese

Importo (€)	N. di conto	CDC	Autorizzazione	Anno
-€ 5.430,00 D	1B040100 - Attr. Radiologia Diagnostica Per Immagini	000000000	2021001341/2	2021
€ 5.430,00 S	1A050200 - Altre Immob. Materiali In Corso (S.A.L.)	101010101	2021001809/7	2021

* I=Introito; D=Decurtazione/Annullamento; S=Nuova Autorizzazione di Spesa/Variazione

Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Daniela Bianchi, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi della normativa vigente.

Pratica trattata da: Paola Delvecchio

Responsabile dell'istruttoria: Paola Delvecchio

Dirigente/Responsabile proponente: Paolo Pelliccia

Il presente atto si compone di n. 7 pagine.